

EC Declaration of Conformity EU Konformitätserklärung

Leica Microsystems CMS GmbH
Ernst-Leitz-Straße 17-37
35578 Wetzlar, Germany



We hereby declare that the device described below, both in its basic design and construction and in the version marked by us, conforms to the relevant safety- and healthrelated requirements of the appropriate EC directives.

This declaration shall cease to be valid if modifications are made to the device without our approval.

Product / Bezeichnung:

Model / Gerätetyp:

Starting with Serial-Number / ab Serien-Nummer:

**EU directives / EU Richtlinien /
EU regulations / EU Verordnung:**

**Harmonised standards applied /
Angewandte harmonisierte Normen:**

**Additional standards applied /
Zusätzlich angewandte Normen:**

**Additional information /
Zusätzliche Informationen:**

**Authorised person to compile the technical file /
Dokumentationsbeauftragter:**

Registration No. / Registriernummer:

i.V. Steffen Laabs
Director RA/QA Life Science and Applied Microscopy

Hiermit erklären wir, dass nachfolgend bezeichnetes Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU Richtlinien entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**High Pressure Freezer /
Hochdruckgefrieranlage**

EM ICE

535010

**Machinery /
Maschinenrichtlinie:** **2006/42/EU**

**Electromagnetic compatibility /
Elektromagnetische Verträglichkeit:** **2014/30/EU**

**RoHS - Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment /
RoHS - zur Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten**

2011/65/EU & 2015/863/EU

**Pressure equipment /
Druckgeräte:** **2014/30/EU**

**EN 61326-1:2013
EN ISO 12100:2010
EN IEC 63000:2018**

EN 61010-1:2010+A1:2019

**This Equipment contains a pressure vessel and safety valves.
Dieses Gerät enthält einen Druckbehälter und Sicherheitsventile.**

**Conformity assessment was carried out according to the Pressure
Equipment Directive 2014/68/EU, Module A2, and is monitored
by:**

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde gemäß der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Modul A2, durchgeführt und
wird überwacht von:

**TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Hans-Böckler-
Straße 4, 35440 Linden, Germany, Notified body 0091**

**Dr. Tobias Bauer
R&D Director, Wetzlar**

CE 252-4

Wetzlar, 16.01.2023